

Karta produktu: OIL CHECK 500 System monitorowania do ciągłego, precyzyjnego pomiaru zawartości oparów oleju reszkowego w sprężonym powietrzu, azocie i gazach



product code: 0699 0080

| | |
|---------------------------------|---|
| Measured medium | Sprężone powietrze, azot (wolny od składników agresywnych, żrących, kwaśnych, toksycznych, palnych i utleniających). Inne typy gazów na zamówienie |
| Measurement unit | Reszkowa zawartość oleju w mg oleju/normie m3 w odniesieniu do 1,0 bar [abs], +20°C, 0% wilgotności względnej, zgodnie z ISO 8573-1 |
| Identifiable substances | Węglowodory, węglowodory funkcyjne, węglowodory aromatyczne |
| Area of application | za filtrem z węglem aktywnym, za adsorberem z węglem aktywnym, za sprężarką bezolejową, zawsze z podłączoną wcześniej filtracją i osuszaczem |
| Operating temperature | Temperatura otoczenia: +20°C... +45°C, względna wilgotność <= 75% bez kondensacji, Temperatura sprężonego powietrza: +20 °C... +50 °C |
| Operational overpressure | 3...9 bar, opcjonalnie reduktor ciśnienia podłączony przed zaworem do 300 bar |
| Humidity of the measured medium | <= 40% wzgl. wilgotność, ciśnieniowy punkt rosy max. +10°C, wilgotność niekondensująca |
| Mounting thread | Gwint wewnętrzny G 1/4" (żeński) zgodny z ISO 228-1 |
| Measuring range | 0,001...5 mg/m3 (wyższe zakresy pomiarowe na zamówienie) |
| Detection limit (residual oil) | 0,001 mg/m ³ |
| Flow of measured gas | około. 0,5 l/min, w odniesieniu do 1,0 bar [abs] i + 20°C (warunki atmosferyczne) |
| Supply | 100...240 VAC/1 Ph. / PE / 50...60 Hz / ± 10% |
| Signal Outputs | Wyjście cyfrowe: interfejs RS 485 (Modbus RTU), Ethernet poprzez DS 400 / 500 Wyjście analogowe: 4...20 mA (izolowane galwanicznie) Opcjonalnie: 2x wyjście analogowe 4...20 mA (izolowane galwanicznie), 2 przekaźniki alarmowe dla zewnętrznej jednostki al |
| Operating hours counter | Zintegrowany |
| Dimensions [mm] | 200 x 130 x 120 (Sz. x Wys. x Dł.) |
| Weight [kg] | 7 |

Warianty produktu

Index

OIL CHECK 500 System monitorowania do ciągłego, precyzyjnego pomiaru zawartości oparów oleju reszkowego w sprężonym powietrzu, azocie i gazach
0699 0080

Price

Product prices will become visible after signing in.

Product description

System monitorowania do ciągłego, precyzyjnego pomiaru zawartości oparów oleju reszkowego w sprężonym powietrzu, azocie i gazach OIL-CHECK 500

Opis urządzenia:

Dzięki innowacyjnej metodzie pomiaru „Wymuszonej zmiany ciśnienia”, OIL CHECK 500 generuje wewnętrznie gaz referencyjny o różnych stężeniach masowych. Za pomocą tego, **opatentowanego przez CS INSTRUMENTS** procesu, można kompensować składowe sygnału pomiarowego spowodowane starzeniem się lub zanieczyszczeniem, w szczególności dryfty długoterminowe. W urządzeniu nie stosuje się żadnych części zużywalnych, takich jak filtry z węglem aktywnym. Rezultatem jest niska potrzeba konserwacji i długoterminowa stabilność pomiaru.

Charakterystyka urządzenia:

- **Łatwy w obsłudze, brak przestoju w działaniu.** Zespół czujnika może zostać łatwo wymieniony przez na miejscu. Eliminuje to potrzebę odsyłania całego urządzenia do ponownej kalibracji. • **Bezpieczeństwo procesu.** Wszystkie funkcje/komponenty są monitorowane wewnętrznie. Kompletny raport z testu działania można wydrukować za pomocą oprogramowania serwisowego.
- **Możliwość kalibracji na miejscu.** Kalibrację można przeprowadzić w terenie przy użyciu butli z gazem testowym. Za pomocą oprogramowania serwisowego można wygenerować raport z weryfikacji (dane stanu faktycznego) i raport kalibracji (dane stanu poprzedniego).
- **Kompaktność.** Urządzenie jest małe i przenośne, umożliwia to łatwe pobieranie próbek i gwarantuje gotowość do pomiaru.
- **Łatwa instalacja.** Wlot/wylot powietrza – pobieranie próbek za pomocą węża PTFE lub rury ze stali nierdzewnej. Interfejsy cyfrowe i analogowe w standardzie. Podłączenie za pomocą wtyczki M12. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych i charakterystyki technicznej urządzeń bez uprzedzenia.
- **Łatwość serwisowania.** Poluzuj cztery śruby - wymień moduł czujnika. Kompletny test działania przeprowadza się za naciśnięciem przycisku. Oznacza to, że pomiar można kontynuować niemal bez przerwy.