

# Karta produktu: Rekalicbracja i 5-pkt regulacja precyzji czujnika zużycia VA520/570 z certyfikatem ISO



Kod produktu: 0695 3332



Dla przepływomierzy możliwa jest **kalibracja** przyrządów do pomiaru przepływu.

Wysokiej precyzji referencyjne urządzenia pomiarowe gwarantują dokładność do **0,5% wartości mierzonej**.

- Rekalicbracja oraz precyzyjna kalibracja 5-punktowa czujników przepływu objętościowego VA 520/570 wraz z certyfikatem ISO – **nr zamówieniowy 0695 3332**.

## Warianty produktu

Indeks

Cena

Rekalicbracja i 5-pkt regulacja precyzji czujnika zużycia VA520/570 z certyfikatem ISO  
0695 3332

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria



# Opis produktu

## Cechy szczególne:

- Dzięki cyfrowej transmisji danych kalibracji wymaga jedynie przepływomierz. Urządzenia wyświetlające mogą pozostać podłączone na miejscu instalacji

## Zakres kalibracji:

- od 0 do 4 000 m<sup>3</sup>/h (pod ciśnieniem)

## Dokładność referencyjna:

- od 0,5 do 1% wartości mierzonej
-